DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG
MILJØLABORATORIUM A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Tandklinikken Perlegade 13 ApS Perlegade 13, 1. 6400 Sønderborg	Sagsnavn:	Perlegade 13, 1., 6400 Sønderborg Dentalunit

Prøver modtaget:	16-02-2011	Analyse påbegyndt:	16-02-2011	Rapportdato:	28-02-2011
				Rapport nr.:	1107-674
Antal prøver:	4	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1107-674-01	1107-674-02	1107-674-03	1107-674-04					
Prøvetype	Drikkevand	Drikkevand	Drikkevand	Drikkevand					
Emballage:	ok	ok	ok	ok					
Prøvetagning:	Højvang	Højvang	Højvang	Højvang					
Prøvetager:	AWI	AWI	AWI	AWI					
Udtaget fra dato:	16-02-2011	16-02-2011	16-02-2011	16-02-2011					
kl.:	10:15	10:00	10:40	10:50					
Prøve ID	Klinik 3 ultralyds-tandrenser	Klinik 4 ultralyds-tandrenser	Klinik 1 ultralyds-tandrenser	Klinik 2 ultralyds-tandrenser					
Parameter						Enhed	Metode	Detek-tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve	Stikprøve	Stikprøve	Stikprøve			ISO 19458:2006		
Kimtal 37 °C	16	<1	<1	<1		cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000	1	+/- 0,300(lg)
Pseudomonas (presumptive)	<1	<1	<1	<1		cfu/100 ml	DS/EN ISO 16266:2008	1	+/- 0,300(lg)
Legionella	<1	<1	<1	<1		cfu/ml	DS 3029:2001*	1	

Betegnelser:
¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50 %. * Ikke akkrediteret.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen.

Rapport sendes med post til:
Tandklinikken Perlegade 13 ApS, Perlegade 13, 1., 6400 Sønderborg

Rapport sendes pr. E-mail til:
Tandklinikken Perlegade 13 ApS, tandlaege@perletand.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Karina Folmer
Kemiingeniør